

Dodávateľ: Kalibrovanie s. r. o. Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok IČO: 52355764 DIČ: 2120987308 IČ DPH: Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:136547/B	Faktúra č.: 452842 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 452842 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: 2022090806 Dodací list č.: 452842

Dátum dodania: 20.09.2022 Dátum vystavenia: 20.09.2022 Dátum splatnosti: 20.10.2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Fio banka, a.s. Pobočka: Číslo účtu: 2901620492/8330 IBAN: SK25 8330 0000 0029 0162 0492 SWIFT: FIOZSKBA

Odberateľ: Obec Kvakovce Domašská 97/1 09402 Kvakovce IČO: 00332518 DIČ: 2020630161	SVK
--	-----

Prevádzka:


Fakturuje Vám:								
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Kalibrácia	1 ks		59,00	59,000	0	59,00	59,00
	Doprava, faktúra	1 ks		6,00	6,000	0	6,00	6,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	65,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 65,00
 Záloha: 0,00
K úhrade: 65,00 EUR

Vyššie uvedené fakturované položky sú majetkom Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4A, 90201, Pezinok až do zaplataenia celej fakturovanej sumy.

Tel. číslo: Web: Vystavil: Admin	Prevzal:
 Podpis a pečiatka Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

Kalibrovanie s. r. o.
Moyzesova 4/A
902 01 Pezinok

IČO: 52355764
DIČ: 2120987308
IČ DPH:

Dodací list č.: 452842

Odberateľ:
Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce

IČO: 00332518
IČ DPH:

DIČ: 2020630161

SVK

Dátum vystavenia: 20.09.2022
Číslo objednávky: 2022090806

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ
	Kalibrácia	1,000 ks
	Doprava, faktúra	1,000 ks

Dodací list prosím čo najskôr potvrdiť a vrátiť skenom na objednavky@kalibrovanie.sk. Ďakujem.

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Admin

Prevzal:

Radica

.....
Podpis a pečiatka

.....
Podpis a pečiatka

Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4A, Pezinok,
90201
IČO:51946840, DIČ: 2120841932

Tel: 0901 789 148
E-mail: objednavky@kalibrovanie.sk

PREVÁDZKA: Moyzesova 4/A, Pezinok, 90201

Kalibračný protokol č. 2022090806

Žiadateľ: Obec Kvakovce

Zariadenie:	Digitálny alkoholový detektor
Typ:	Raptor
SN:	E80305000069
Výrobca:	Alcoforce
Tolerancia merania:	5%
Použité etalóny:	Alcohol breath test simulator, typ 1+0-4, v.č.S5909 Etalón je naviazaný na etalóny Slovenského metrologického ústavu.
Kalibračná metóda:	Simulácia vlhkým vzduchom podľa kalibračného postupu výrobcu
Podmienky kalibrácie:	Teplota laboratória 34 °C
Dátum prijatia:	
Dátum kalibrácie:	13.09.2022
Platnosť kalibrácie:	13.09.2023
Výsledok kalibrácie:	Meradlo v dobe kalibrácie vyhovuje technickej špecifikácii výrobcu a meria v uvedenej tolerancii.

Kalibroval : Katarína Rigó Agárdy

